

**ACLARACIÓN NO. 1
SOLICITUD DE OFERTAS ABIERTA NACIONAL
Licitación Nacional Un Solo Sobre
SDO N° SAG-COMRURAL-II-SDO-15-2024**

ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO DE ESTUDIO DE CONTROL DE CONTAMINANTES (CESCCO)-SERNA

La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL) II, a los oferentes elegibles a presentar ofertas para **“Adquisición de Equipo y Accesorios para los Laboratorios del Centro de Estudio de Control de Contaminantes (CESCCO)-SERNA.”** de conformidad a lo establecido en el Documento de Licitación, en la Sección I. Instrucciones a los Licitantes, Literal B Contenido del Documento de Licitación **7. Aclaración del documento de Solicitud de Ofertas Abierta Nacional 7.1:** Todo Licitante que requiera alguna aclaración sobre el Documento de Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador, indicada en el Documento y conforme a las solicitudes de aclaraciones recibidas comunica:

Consulta No. 1

11. Documentos que componen la oferta

El Licitante que no fabrica ni produce los Bienes que propone proveer deberá presentar una autorización del fabricante utilizando el formulario incluido en la Sección II, “Formularios de la Oferta”, para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en el País del Comprador.

Se acepta la certificación de distribuidor emitida por la secretaria de Desarrollo económico de la Entidad Comercial designada por el fabricante para la atención del mercado Centro Americano.? Esto es debido a que la mayoría de los fabricantes de este proceso trabajan a través de suplidores en el que se les ha dividido el territorio estadounidense y Latino Americano.

R= Véase Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Especificaciones técnicas.

Nombre de los ítems del 1 -12, en los incisos (1.6, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6, 7.6, 8.6, 9.6, 10.6, 11.6 y 12.6) respectivamente.

Los fabricantes podrían atender este tipo de formatos si las cantidades por cada ítem fuesen cantidades mayoristas, pero en cantidades de una (1) unidad nos remiten a su suplidor designado para esta región.

R= De acuerdo a la Sección I. Instrucciones a los Licitantes A. Disposiciones generales 1.- Alcance de la Solicitud de Ofertas párrafo 4 dice: El número y la identificación de los ítems

Para el caso de los refrigeradores, aceptan la Carta de Autorización del distribuidor local, ya que este tipo de producto se comercializa a través de las tiendas locales

R= Véase Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Especificaciones técnicas ítem 2.Nombre del Ítem: Refrigeradores, inciso 2.6

Consulta No. 2

13.5. Los precios cotizados deberán corresponder al 100 % de los artículos indicados en cada lote y al 100 % de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote.

Solicitamos considerar se permita **PRESENTAR** ofertas **por ítem** dado a que quizás no todos los proveedores dispongamos del 100% de los ítems y esto limitaría la participación de los oferentes.

R= Véase en el Documento base de Licitación Sección I. Instrucciones a los Licitantes A. Disposiciones generales 1.- Alcance de la Solicitud de Ofertas Ver Enmienda No.2

Consulta No. 3

15(b). Experiencia y capacidad técnica:

Se solicita (3) contratos en los últimos tres (3) años (2023, 2022,2021) antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada uno con un valor de al menos 50% del monto ofertado.

Por favor aclarar si el periodo de los últimos tres (3) años sería de la siguiente manera: Del 4 de Julio de 2021 al 04 de julio de 2024

El monto del 50% se evaluará de manera sumatoria con los tres (3) contratos o cada uno de los contratos de manera independiente deberá tener el 50% del monto de la oferta?

¿Se acepta que uno de los 3 (tres) contratos pueda ser de un periodo mayor a los 3 (tres) años considerando que el 2021 recibió el impacto de la pandemia?

R= Véase el Documento Base de licitación en la Sección I. Instrucciones a los Licitantes C. Preparación de las Ofertas Referencia 15. Documentos que Establecen las Calificaciones del Licitante que literalmente dice Experiencia y capacidad técnica

Consulta No. 4

29.2 Al evaluar una Oferta, el Comprador considerará lo siguiente:

(a) La evaluación se hará por lotes.

Solicitamos considerar **EVALUAR** por ítem, ya sea que la presentación sea por lote o por ítem, esto con la intención que si un ítem no alcanza el cumplimiento no se tenga que desestimar toda la oferta completa

R= Ver Enmienda No.2



Consulta No. 5

Sección II. Formulario de la oferta (Lista de Precios)

En el formato de “Formulario de la Oferta” (página 27) se solicita Tiempo de entrega máximo requerido (incluir un cronograma de entregas si corresponde) Treinta días (30) días calendario contados a partir de la fecha de firma del contrato y Tiempo de entrega máximo requerido: cien (100) días calendario contados a partir de la fecha de firma del contrato.

Solicitamos muy respetuosamente considerar como fecha más temprana de entrega noventa (90) días y fecha límite de entrega ciento veinte (120) días a partir de la fecha de firma del contrato. Lo anterior es solicitado de acuerdo a la experiencia histórica en los últimos meses respecto a la importación de estos equipos ya que se debe considerar 1. El plazo que toma el BCH en adjudicar Dólares para colocar los pedidos, esta situación se ha vuelto muy restringida.

2. Se requiere un plazo de producción de 15 a 30 días.

3. Se debe considerar tiempo de transporte internacional de un continente a otro que dura aproximadamente de 45 a 60 días.

4. Tiempo de nacionalización de mercadería mínimo 5 días hábiles.

5. En la página número 27 de los pliegos de Licitación solicitan el siguiente tiempo de entrega: “Tiempo de entrega máximo requerido (incluir un cronograma de entregas si corresponde) Treinta días (30) días calendario contados a partir de la fecha de firma del contrato” Siendo que los equipos a ofertar deben ser importados y el transportados por vía marítima, amablemente consultamos si se permite a las empresas participar ofreciendo un tiempo de entrega más amplio. Como sugerencias entre: 30-60 días hábiles.

R= Véase en el Formulario de Oferta (Lista de Precios) ITEMS del Documento Base de Licitación.

Consulta No. 6

Item No. 4: Campana de Gases

¿Nos puede informar por favor que reactivos trabajaran en ella?

R=Soluciones con ácidos concentrados como ser acido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico.

¿Se debe incluir costos de instalación?

¿El lugar de instalación está en un espacio libre o requiere desmontar alguna campana en desuso para poder instalar la nueva?

¿En caso de que el lugar de instalación requiera de un desmontaje quien se hará cargo del mismo?

¿Requiere la campana con motor interno o externo? Cabe señalar que una campana de gases, aunque tenga motor interno, siempre requiere instalación de tubería externa.

R= Véase Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Especificaciones técnicas item 4.

Nombre del Ítem: Campana Extractora de Gases





Solicitamos visita técnica **antes** de la presentación de oferta para poder revisar el lugar de instalación y cuantificar los costos.

Solicitamos visita técnica antes de la presentación de oferta para poder revisar el lugar de instalación
R= Las instalaciones de CESCOO está a la disponibilidad de los posibles oferentes que crean conveniente realizar visita técnica de lunes a viernes en horario de 7:30 am a 3:30 pm. hasta el día viernes 12 de julio hasta las 3:30 p.m., la ubicación de las instalaciones es la siguiente: Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCOO), Barrio Morazán, 100 metros arriba de la Estación de Bomberos, Edificio de 4 plantas, Paseo Juana Laínez, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán., , serán atendidos por la Ingeniera Loly Gutiérrez.

Consulta No. 7

Ítem No.6 (Sonda de profundidad)

En el cuadro de la página 2 y página 27 se solicita una (1) unidad y en la página 40 en el título de "Especificaciones Técnicas" solicitan 4 unidades y en la línea 6.2 dice 1 unidad.

Favor aclarar cuantas unidades requiere.

R= Véase Enmienda No.2

Consulta No. 8

Item No. 12: Cabina de Bioseguridad biológica Clase II tipo A2

¿Nos puede informar pro favor que productos trabajaran en ella?

R= Muestras de agua para detección de patógenos como ser: Salmonella, Shigella, Yersinia, Enterocolitica, Listeria monocytogenes, Vibrio cholerae entre otros. También se trabajarán muestras de alimentos.

¿El lugar de instalación está disponible o requiere desmontar alguna para poder instalarla?

R= Véase Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Especificaciones técnicas ítem 12.

Nombre del Ítem: Campana Extractora de Gases

Consulta No. 9

Ítem No. 1: (Balanza Analítica), Ítem No.3 (Bomba de vacío de alto rendimiento, Ítem No. 4 (Campana Extractora de gases), Ítem No.11 (Kit de flujo variable), Ítem No.12 (Cabina de Seguridad Biológica).

Se solicita Mantenimiento Preventivo: durante el tiempo de garantía (2 años) y sin costo adicional.

El fabricante solo ofrece 1 año de garantía a los equipos que salen fuera de su país de origen. Por lo que solicitamos considerar tiempo de garantía de 1 año y no de 2 años.

R= Véase Enmienda No.2.





Para los equipos bajo garantía, en el caso de desperfecto de fábrica, el mantenimiento correctivo, es sin costo adicional y cuantas veces sea necesario. Sin embargo, el mantenimiento preventivo son servicios conexos adicionales que tienen costos adicionales.

R= Véase Enmienda No.2.

¿Requiere le agreguemos los costos de mantenimiento preventivo al precio del equipo o en una línea independiente dentro del formato de Lista de Precios?

R= Véase Enmienda No.2

Consulta No. 10

Ítem No. 2: (Refrigeradores)

Se solicita Mantenimiento Preventivo: durante el tiempo de garantía (2 años) y sin costo adicional.

Para los equipos bajo garantía, en el caso de desperfecto de fábrica, el mantenimiento correctivo, es sin costo adicional y cuantas veces sea necesario. Sin embargo, el mantenimiento preventivo son servicios conexos adicionales que tienen costos adicionales.

R= Véase Enmienda No.2.

¿Requiere le agreguemos los costos de mantenimiento preventivo al precio del equipo o en una línea independiente dentro del formato de Lista de Precios?

R= Véase en el Formulario de Oferta (Lista de Precios) ITEMS del Documento Base de Licitación.

Consulta No. 11

Ítems 6, 7, 8, 9 y 10 (SONDAS)

Se solicita mantenimiento preventivo y capacitación

El funcionamiento de las sondas está directamente ligado al estado de funcionamiento del equipo principal. Al no conocer el estado del equipo, queda comprometida la prueba de funcionamiento de las sondas o que estas no sean bien reconocidas por el equipo. También se compromete la capacitación exitosa. Se solicita agregar una cláusula en la que la responsabilidad del proveedor sea liberada en el caso de que se determine que las fallas provienen del equipo, y que se prosiga con el Acta de recepción y pago separando mediante un contrato separado las pruebas y capacitación después de que la institución haya mandado a reparar el equipo con el proveedor que lo suministró. ES decir, que el pago del contrato no quede supeditado a esperar a que un proveedor diferente resuelva los problemas que pueda presentar el equipo.

R= Remitirse a la Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Especificaciones técnicas.

6.Nombre del Ítem: Sonda de profundidad.

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de julio de 2024.

Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG)

Proyecto COMRURAL

